# EUROPHARMAT 2012

DM ORL – Le Nez

# La sphère ORL









# La sphère ORL

Lames de shaver

Aérateurs trans tympaniques

Tampons

Pistons

Attelles

Ballonets pour Epistaxis

Implants de médialisation

Prothèses ossiculaires

Electrodes de Monitoring

Sondes EMG pour Monitoring

Gaines de nasofibroscopes

# DM ORL – Le Nez

Lames de shaver

Tampons

Attelles

Ballonets pour Epistaxis




Gaines de nasofibroscopes

# La consultation

## Traitement de l'Epistaxis

- Méchage Merocel Epistaxis
  - Antérieur / Postérieur
  - PVA forte densité
  - Longueur 10 cm si postérieur

- Cathéter Epistat
  - Sonde à double ballonnet



Bloc op (coagulation Bipolaire)

# La consultation

## Les Gaines de nasofibroscopie

### Historique

- Circulaire Prion du 14 Mars 2001 – Début de l'histoire
  - Classification 5 groupes de produits à retraiter
  - Classification 3 groupes de risques de patients
- Circulaire 591 du 17 déc 2003 : Quid des produits non autoclavables ?
  - Naso classés en groupe 2 (risque médian – désinfection intermédiaire à l'acide péracétique)
  - Préconisation 2 lavages, un rinçage intermédiaire, une désinfection gpe 2, un rinçage final
- Rapport HSCP du 14 déc 2007 : Les gaines
  - Recommandation utilisation des gaines uu sur les scopes.
  - Décontamination de bas niveau si gaines (intermédiaire sinon)
  - Valable uniquement si les gaines sont conformes aux exigences citées dans le texte (cahier des charges FDA cité)…

# La consultation

## Les Gaines de nasofibroscopie

Epilogue : Instruction DGS 449 du 1 décembre 2011

- 2 niveaux de risque patients et non plus 3
- Muqueuse olfactive considérée comme tissu à haute infectiosité
- Endoscopie et acte invasif
- Muqueuse à haut risque = inactivation totale = Groupe 3
- Recommandation DM en 1ère intention
- Un écueil: l'arrachage de gaine



# La consultation

## Les Gaines de nasofibroscopie



- Les produits :

- Les outils : Dossier clinique 890836, Synthèse du rapport HSCP, bibliographie, mode d'emploi simplifié, poster consult, cross référence, Testeur de diamètre externe…



Medtronic
Haut Conseil de la santé publique
Rapport d'expertise du CNETILS - 14 décembre 2007
Gaines de protection à usage unique
pour dispositifs médicaux réutilisables :
Recommandations d'utilisation
Objet du rapport :

# Le Bloc

## Lames et fraises de chirurgie endonasale

- Pour toutes les chirurgies endonasales (FESS)
  - Méatotomie moyenne et ethmoïdectomie
  - Sphénoïdotomie
  - Sinus Frontal
  - DCR (Dacryocystorhinostomie)
  - Abord antérieur de la base du crâne
  - Septoplastie
  - Rhinoplastie







# Le Bloc

## DM endonasaux post op

- Méchage post op : Merocel (standard 8 cm)
  - Classique, Lamifié, Hemox
  - Tailles et densités variables (sinus, méats, cavités…)

- Pansements : Merogel
  - Acide Hyaluronique, résorbable
  - Ethmoïdectomies, DCR, méatos…



- Attelles nasales : Internes et Externes, feuilles de silicone
  - Formes et tailles adaptées, nombreuses références
  - FESS, rhinoplastie, septoplastie…





# DM ORL – Le Nez

**Questions ?**